nu|Q ELISA CHECKLIST

TEST
Nu.Q® Vet Cancer

scil veterinary excellence

MATÉRIEL REQUIS - *non inclus dans le kit*

o Eau purifiée.

o Micropipettes réglables ou préréglées capables de distribuer 20 µL.

o Pipettes multicanaux (8 canaux) capables de distribuer de 20 µL à 200 µL.

o Embouts de pipette jetables.

o Réservoirs à réactifs .

o Agitateur vortex.

o Éprouvettes graduées (2,5 mL).

o Conteneur pour déchets biologiques dangereux.

o Incubateur pour microplaques avec agitateur orbital (agitateur à 700 tpm).

o Lecteur de microplaques équipé d'un filtre de 450 nm et capable de lire la densité optique entre 0 et 4,0 %.

o Papier absorbant.

o Couvercle de plaque opaque à la lumière.

o Programme informatique pour construire la courbe d'étalonnage à l'aide d'une fonction logistique à 4 paramètres avec un facteur de pondération 1/Y2 est requis.

L'utilisation d'une méthode assistée par ordinateur *(par exemple Prism (GraphPad))* **est recommandée.**

NOTE

Pour obtenir la meilleure qualité de résultats possible, nous recommandons l'utilisation de pipettes calibrées certifiées, d'un agitateur et d'un lecteur.

QUESTIONS ?
cancertest@scilvet.com
Contactez notre équipe !

LAVAGE MANUEL RECOMMANDÉ

Il est recommandé d'effectuer les étapes de lavage manuellement. L'utilisation d'un laveur automatique de microplaques peut également fournir des performances acceptables à condition qu'il soit d'abord évalué et validé par le laboratoire pour garantir l'équivalence et la validité des résultats. Des volumes suffisants sont fournis dans le kit pour permettre au laboratoire d'utiliser un laveur de microplaques.

V-202303

scil EXCELLENCE VÉTÉRINAIRE

scil. Excellence Vétérinaire
Médecine vétérinaire
Technologie médicale
Formation continue

scilvet.fr

scil animal care company
+33 (0)3 90 20 16 40
frmarketing@scilvet.com